

淮阴师范学院实验室安全 工作简报

2021年11月

本期内容:

- 【实验室安全会议】
- 【实验室安全检查】
- 【实验室安全教育】
- 【实验室安全演练】
- 【实验室安全培训】
- 【实验室隐患整改】

【实验室安全会议】

淮师组织参加省加强学校实验室及危险化学品安全工作视频会议

10月25日,省委教育工作领导小组召开加强学校实验室安全及危险化学品安全工作视频会议。省委教育工作领导小组副组长、省政府副省长马欣出席会议并讲话,省政府副秘书长刘建出席会议,省委教育工作领导小组秘书组组长、省教育厅厅长葛道凯主持会议。



马欣对学校实验室及危险化学品安全工作提出五点要求：一是全面深化风险隐患排查整治；二是切实强化危险化学品的全周期管理；三是着力加强安全知识培训；四是大力提升应急处置能力；五是严格落实安全责任制。

刘建传达了省委、省政府主要领导对南京航空航天大学实验室发生爆燃事故的批示精神。

葛道凯通报了 10 月 24 日南京航空航天大学实验室发生爆燃事故和省教育厅组织开展的危险化学品督查情况。

会后，校长焦富民就做好我校实验室及危险化学品安全工作，强调实验室安全是学校事业发展的基石，全校上下要认真贯彻落实此次会议精神，切实提高思想认识，压实主体责任，守住安全底线；要

立即启动实验安全和危险化学品的专项隐患排查，做到闭环管理；要举一反三，做好疫情防控安全、消防安全、食品安全、用电安全等校园安全；要落实安全责任，要全力做好学校实验室及危险化学品的管理工作。

媒体链接： <http://www.hytc.edu.cn/info/1069/11095.htm>

淮阴师范学院召开实验室安全工作专题会议

11月4日，淮阴师范学院在长江路校区校办会议室召开实验室安全工作专题会议，副校长李仁和主持会议并讲话，校实验室安全工作领导小组成员、二级学院院长参加会议。



李仁和强调，实验室安全要坚持生命至上、安全第一，并对安全工作提出四点要求：一是提高安全意识，要举一反三，做好学校其他领域安全工作。二是安全高于一切，安全工作是一切工作的基础。三是强化安全责任，共同做好实验室安全工作。四是落实隐患整改，形成安全管理闭环。

媒体链接： <http://sbc.hytc.edu.cn/info/1016/2005.htm>

【实验室安全检查】

淮阴师范学院开展实验室安全专项检查

26日下午，副校长韩同友、李仁和带队，重点对学校实验室开展了全面排查。



检查组对化学化工学院、生命科学学院、物理与电子电气工程学院、城市与环境学院等重点单位的实验室进行了深入排查。检查中，检查组现场指出了实验室危险化学品存放、实验室台账管理、水电安全、仪器操作安全管理等方面存在的隐患问题，要求相关实验室立即开展整改工作。检查后，对存在严重安全隐患问题的个别实验室下达了关停整改通知书。

10月29日，检查组分成两个小组分别对其余二级学院的实验室进行了安全检查。



媒体链接：<http://www.hytc.edu.cn/info/1069/11114.htm>

淮安市教育局、公安局等来校检查实验室及危化品安全

2021年10月27日，淮安市公安局来校进行危化品安全检查，检查组实地检查了学校危险化学品暂存库，查阅了危化品记录台账，现场查看了视频监控系统，并调阅相关视频记录保存情况，在肯定危化品管理的成效了，提出一些整改意见。



危险物品单位治安隐患整改意见书

公危整改字[2021]第15号

淮阴师范学院

依照《危险化学品安全管理条例》等法律法规，我局（所）于2021年10月27日对你单位进行了治安检查，发现存在如下问题：

1. 储存室外，卸道防护措施不足和口
2. 危化品未每月盘存
3. 危化品室未安装门禁系统
4. 领用未使用领料单

根据《危险化学品安全管理条例》的有关规定，现责令你单位在2021年11月26日前整改完毕，并将整改结果书面报告我局（所）。在此期间，你单位必须加强安全管理，严密防范，严防发生危险物品丢失、被盗等案件事故。

(填发机关印)

2021年10月27日

2021年11月1日，淮安市委教育工作领导小组来校进行实验室及危化品安全排查整治专项行动督查。督查组查看了实验室及危化品安全管理的文件档案，并实地检查了化学化工学院、生命科学学院等部

门的实验室、学校危险化学品暂存库、危险化学品废弃物暂存柜等。

督查组肯定了学校在实验室及危化品安全管理方面所做的工作和取得的成效，同时也指出了实验室及危化品安全管理中存在的安全隐患。



淮南市学校安全工作督查意见书

() 第 号

被督查学校: 淮南市第一中学 主要负责人: _____

主管部门: _____ 学校电话: _____

在本次 淮南市第一中学 督查中,发现你校(园)安全工作存在以下问题:

1. 危化品暂存柜下一层存放危化品,不符合《危险化学品安全管理条例》的要求,应立即整改。
2. 危化品暂存柜存放危化品,不符合《危险化学品安全管理条例》的要求,应立即整改。
3. 危化品暂存柜存放危化品,不符合《危险化学品安全管理条例》的要求,应立即整改。
4. 危化品暂存柜存放危化品,不符合《危险化学品安全管理条例》的要求,应立即整改。
5. 危化品暂存柜存放危化品,不符合《危险化学品安全管理条例》的要求,应立即整改。
6. 危化品暂存柜存放危化品,不符合《危险化学品安全管理条例》的要求,应立即整改。
7. 危化品暂存柜存放危化品,不符合《危险化学品安全管理条例》的要求,应立即整改。
8. 危化品暂存柜存放危化品,不符合《危险化学品安全管理条例》的要求,应立即整改。

对以上问题,请即时整改。对即时整改有困难的问题,要立即制定整改计划,尽快整改,并采取临时性防控措施,确保不发生安全事故。

学校签收人(签字): _____ 督查单位及主要督查人(签字): _____

2021年11月1日

备注: 本意见书一式两份,第一联督查单位留存,第二联被督查学校留存。

淮南市教育局制

【实验室安全教育】

根据9月27日实验室与设备管理处下发了《关于组织开展2021级新生及新教师实验室安全考试工作的通知》要求，各学院积极组织新生参加实验室安全考试，目前2021级新生实验室安全考试暂告一阶段。截止11月30日，除因疫情、入伍等原因未到校报到的，有16个二级学院的本科生实验室知识考试通过率为100%（详见下图）。下一步将重点做好未参加考试的学生服务和督促工作。

2021级本科生实验室安全知识考试统计（截止2021年11月30日）

院系/班级	学生总数	已通过学生总数	未通过学生总数	缺考学生总数	考试通过率（百分比）	现阶段实际通过率
01 文学院	301	301	0	0	100.00%	100.0%
02 外国语学院	288	288	0	0	100.00%	100.0%
03 马克思主义学院	107	106	0	1	99.07%	100.0%
04 历史文化旅游学院	366	365	0	1	99.73%	100.0%
05 经济与管理学院	468	455	0	13	97.22%	100.0%
06 法律政治与公共管理学院	481	481	0	0	100.00%	100.0%
07 教育科学学院	402	400	0	2	99.50%	100.0%
08 美术学院	370	360	0	10	97.30%	100.0%
09 音乐学院	229	228	0	1	99.56%	100.0%
16 数学与统计学院	276	276	0	0	100.00%	100.0%
17 物理与电子电气工程学院	489	489	0	0	100.00%	100.0%
18 化学化工学院	281	281	0	0	100.00%	100.0%
19 生命科学学院	360	360	0	0	100.00%	100.0%
20 城市与环境学院	349	349	0	0	100.00%	100.0%
21 计算机科学与技术学院	245	245	0	0	100.00%	100.0%
22 传媒学院	258	258	0	0	100.00%	100.0%
23 体育学院	178	178	0	0	100.00%	100.0%

【实验室安全演练】

淮阴师范学院组织开展实验室疏散逃生及灭火演练

为进一步增强淮阴师范学院师生消防安全意识，提升消防应急处置能力，减少、避免实验室火灾等消防伤害事故的发生，11月12日下午，淮阴师范学院组织开展了实验室疏散逃生及灭火演练活动。实验室与设备管理处、保卫处等相关负责人及部分学院分管领导，实验室师生近150人参加演练。



灭火演练在篮球场开展，保卫处工作人员为大家详细讲解了灭火器的种类、特点、使用方法及注意事项，并就灭火器的正确使用方法进行了模拟现场演示。在工作人员的指导下，师生参与了实操演练，模拟小型火灾现场使用灭火器材自救过程。

疏散逃生演练在生化楼北楼开展，根据疏散方案，在工作人员引导下，师生有序离开实验室，顺着逃生线路从安全通道分流疏散撤离，顺利到达楼下小广场，经清理人员无误后解散。

媒体链接： <http://sbc.hytc.edu.cn/info/1016/2035.htm>

【实验室安全培训】

设备处组织老师参加实验室安全管理线上培训

2021年11月19日—23日，实验室与设备管理处组织化工学院、生科院、物电学院、城环学院等单位的实验室分管院长、实验室老师等16人参加了“全国教学、科研及医疗单位实验室危险化学品安全管理、实验废弃物环保处置与应急培训班”。本次培训采用线上培训、在线直播的方式。

参加培训的老师们，利用周末休息时间，在线观看清华大学艾德生教授讲授的《实验室安全检查之后的发展之路》、华东理工大学袁洪学教授的《高校实验室安全建设与综合管理》、浙江大学冯建跃教授《化学实验室安全设施设备建设的思考》等10位专家的精彩报告。

参加线上培训的老师们顺利完成了培训所规定的全部内容，共计35个学时，经考核合格，均取得了培训证书。

姓名:	■■■
职务/职称:	副教授
工作单位:	淮阴师范学院
培训方式:	在线
培训学时:	35
证书编号	
TC251/SC1【教培】字第 21-11-451 号	

证书持有人于2021年11月19日至11月23日参加了“全国教学、科研及医疗单位实验室危险化学品安全管理、实验废弃物环保处置与应急培训班”完成了培训所规定的全部内容，经考试（核）合格，特颁发此证书。

危险化学品安全管理相关政策法规及相关标准	4学时
实验室风险源识别、通风净化、化学试剂库安全	4学时
实验室废弃物安全管理政策法规与环保处置	3学时
实验室特种设备、电气、辐射及消防安全	4学时
实验室生物安全相关法规、防护及案例	3学时
实验室安全事故的警示思考与应对策略	3学时
实验室安全治理体系和治理能力探索与实践	3学时
实验室安全检查、隐患排查整改与考核机制	3学时
医院及相关医疗单位危险化学品安全管理	3学时
实验室CMA、CNAS、GLP管理体系介绍	2学时
实验室危险化学品事故应急预案编制、演练实施	3学时

全国危险化学品管理标准化技术委员会
化学品毒性检测分技术委员会
2021年11月23日

【实验室隐患整改】

淮安市相关职能部门和学校组织开展的实验室安全检查中，发现在危险化学品存放、危化品台账管理、压力容器管理等方面存在安全隐患。具体情况如下：

（一）安全排查整治专项督查情况存在隐患

1. 危化品库存放底下缺少防湿等措施，对易燃易爆的部分物品为专库存放，缺少可燃有毒气体报警器，静电释放器等安全设施；
2. 危化品存放处缺少危化品安全管理制度和管理人员上墙的资料；
3. 危化品存放未严格按照剧毒、易制爆、易制毒、一般危险化学品的分类存放要求存放；
4. 实验室中的编号为 HD131461 设备安全阀、压力表超期未核验；
5. 缺少实验室压力容器使用操作记录及特种设备安全教育培训记录；
6. 化学化工学院试剂室未安装视频监控、门窗不符标准要求。

中共淮安市委教育工作领导小组

[2021] 4号

关于全市教育系统实验室危化品安全排查整治专项行动督查情况的通报

各县（区）教育工作领导小组，各驻淮高校，市直各中学：

为深刻汲取10月14日淮安工业园区某公司双氧水火灾事故和10月24日南京某高校实验室爆燃事故造成人员伤亡的教训，全力防范安全风险，切实压实各方责任，全面查堵监管漏洞，教育系统于近期迅速开展了对全市各中学和各驻淮高校实验室危化品安全排查整治行动，现将有关情况通报如下：

一、基本情况

根据市委陈书记批示精神，按照省教育厅办公室《关于开展全省高校实验室及危险化学品安全隐患排查整改工作的紧急通知》和市委教育工作领导小组在《关于开展全市教育系统实验室及危化品安全排查整治专项行动督查工作的通知》等文件要求，在各学校全面自查的基础上，11月1-2日，市、县（区）两级联动对相关学校实验室危化品安全管理开展督查。市教育局联合市应急管理局、公安局、市场监管局、消防救援支队等部门成立

二、督查结果

本次督查重点围绕组织领导、制度建设、设施设备、危化品储存和危险废物处理等开展检查，发现的问题主要表现在以下方面：一是少数学校安全管理制度不完备，安全工作领导小组组织

251091520@qq.com，联系电话：83678059。

三、下一步工作安排

各地各校、各有关部门要坚决贯彻国家、省、市决策部署，综合治理，坚持日常排查与集中排查相结合、专项排查和综合排查相结合、明查和暗访相结合、教育部门自身检查和多部门联合检查相结合，切实将学校实验室安全隐患消除在萌芽状态。各县区、各学校对排查发现的问题隐患要明确整改措施、整改时限、责任

市委教育工作领导小组
2021年11月11日

（二）实验室安全督查整改情况

1. 问题1 整改

①存在问题：危化品库存放底下缺少防湿等措施，对易燃易爆的部分

物品未专库存放，缺少可燃有毒气体报警器，静电释放器等安全设施。

②整改措施与结果

学校危化品仓库在设计建造时，已经对地面和墙体进行了防潮防湿处理，目前拟在潮湿季节使用干湿度计监测库内潮湿度同时加大药品库通风设备的开启，以期达到目的。对易燃易爆品，做到专柜存放。

可燃、有毒气体报警仪和静电释放器等安全设施，12月初完成了相关设备的采购，预计在2021年12月20日之前完成整改。

2. 问题2 整改

①存在问题：危化品存放处缺少危险化学品安全管理制度的管理人员上墙的资料。

②整改措施与结果

在现有的《淮阴师范学院实验室消防安全管理制度》、《淮阴师范学院学生实验守则》、《淮阴师范学院实验室仪器设备管理制度》、《淮阴师范学院验收仪器设备损坏、丢失赔偿制度》的基础上，新增《淮阴师范学院实验室危险化学品安全管理制度》、更换《淮阴师范学院实验室常见安全事故应急预案》等规章制度，同时相关管理人员信息上墙。本项整改已完成。

3. 问题3 整改

①存在问题：危险化学品的存放未严格按照剧毒、易制爆、易制毒、一般化学品的分类存放要求存放；

②整改措施与结果

剧毒品已经严格按照规定专柜（两个保险柜）管理。

现有危化品库房中的药品试剂，将严格按照化学品保存的一般原则进行分类存放。按五大类存放一是酸、腐蚀品，二是氧化剂、无机盐，三是有机试剂、还原剂，四是活泼金属等，五是爆炸品，并及时更新完善危化品管理台账，做到分类管理、账物相符。本项整改已经完成。

4. 问题 4 整改

①存在问题：实验室中编号为 HD131461 设备安全阀、压力表超期未校验；

②整改措施与结果

按照整改要求，设备使用单位已联系有资质的校验单位上门校验，同时，举一反三，对学校类似的特种设备一起进行校验。计划在 12 月底之前整改完成。

5. 问题 5 整改

①存在问题：缺少实验室压力容器使用操作记录及特种设备安全教育培训记录。

②整改措施与结果

加强学习教育，完善实验室压力容器使用操作记录，相关使用操作记录已发放到位，目前已整改完成。对于特种设备安全教育培训记录，学院整改联系有关部门具体落实，预计在 2021 年 12 月底之前完成整改。

6. 问题 6 整改

①存在问题：化学化工学院试剂室未安装视频监控、门窗不符合标准要求；

②整改措施与结果

化学化工学院的试剂室主要是为教学实验室的学生配置实验所需的试剂临时性储存场所，虽然试剂量较大，但试剂浓度都是偏低的。根据学院的计划，根据学院的计划，近期安排专人对化学楼所有的实验准备室、试剂室安装视频监控。目前已完成现场查看和施工方案制定，进入招标阶段，预计在 12 月底之前完成整改。